

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

15.12.2015 № 05-12/1006

О направлении предписания

Государственный таможенный
комитет Республики Беларусь

Министерство торговли Республики
Беларусь

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

Министерство внутренних дел
Республики Беларусь

Облисполкомы

Минский горисполком

Областные инспекции Госстандарта

(направляется по почте
государственных органов)

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов» Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь направляет для сведения, использования в работе и принятия мер предписание Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь от 9 декабря 2015 г. № 05-12-1/129.

Приложения: предписание от 9 декабря 2015 г. № 05-12-1/129 на 1 л.

Заместитель
Председателя комитета



С.А. Ивлев

Электронная копия соответствует оригиналу
05 Анохина 335 02 21
09.12.2015 РОГУ





Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

09.12.2015 № 05-12-1/129

Руководителю РДТУП «Медтехника»
(УНП 400052327)
ул. Чонгарской дивизии, д.14,
г. Гомель

Индивидуальному підприємця
Дроздову Андрэю Валер'евічу
(УНП 190221897)
ул. Ватутина, 7/14,
г. Минск

ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного инспектора Республики Беларусь
по надзору за соблюдением технических регламентов

**О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь**

В результате проверки Гомельской областной инспекцией Госстандарта Республиканского дочернего торгового унитарного предприятия «Медтехника» по адресу: ул. Чонгарской дивизии, д.14, г. Гомель (акт проверки № 05222 от 20.11.2015) выявлена опасная продукция*:

вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная производства ООО «Лейко», г. Тверь, Российская Федерация, поставщик индивидуальный предприниматель Дроздов Андрей Валерьевич, г. Минск, ул. Ватутина, 7/14.

По результатам проверки установлено, что продукция не отвечает обязательным для соблюдения задекларированным производителем в маркировке требованиям ГОСТ 5556-81 «Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия» по составу и физико-механическим показателям:

* - опасная продукция классифицируется в соответствии с терминологией, установленной в Указе Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

вата медицинская фасовкой 50 г – сырьевой состав: хлопок – 33,0 %, полиэстер – 67,0 %, при заявленном в маркировке 100 % хлопок; капиллярность 67 мм, при нормированном значении не менее 70 мм;

вата медицинская фасовкой 100 г – сырьевой состав: хлопок – 27,4 %, полиэстер – 72,6 % при заявленном в маркировке 100 % хлопок; капиллярность 62 мм, при нормированном значении не менее 70 мм;

вата медицинская фасовкой 250 г – сырьевой состав: хлопок – 36,9 %, полиэстер – 63,1% при заявленном в маркировке 100 % хлопок; капиллярность 69 мм, при нормированном значении не менее 70 мм.

В составе ваты медицинской гигроскопической хирургической нестерильной производства ООО «Лейко», г. Тверь, Российская Федерация, установлен недопустимый для применения материал – полиэстер.

Продукция сопровождалась регистрационным удостоверением №ИМ-7.99147 сроком действия с 31.07.2012 по 31.07.2017, зарегистрированным УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении».

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «20» декабря 2015 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

ваты медицинской гигроскопической хирургической нестерильной производства ООО «Лейко», г. Тверь, Российская Федерация, поставщик индивидуальный предприниматель Дроздов Андрей Валерьевич, г. Минск, ул. Ватутина, 7/14, несоответствующей обязательным для соблюдения задекларированным производителем в маркировке требованиям ГОСТ 5556-81 «Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия» по составу и физико-механическим показателям.

За неисполнение настоящего предписания руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) подлежит привлечению к административной ответственности в соответствии со статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор
Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов

М.П.



В.В. Назаренко
расшифровка